

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 28476-16

Срок действия утверждения типа до 9 сентября 2031 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические ДТП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение
ОВЕН» (ООО «ПО ОВЕН»), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ 28476-16

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 1 год - для проволочных ДТП с НСХ типа S;
5 лет - для кабельных ДТП с НСХ типов K, N, L, J с диапазоном измерений
температуры -40...+600 °C и классом допуска 2

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2026 г. N 1523.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

«19» августа 2026 г.